




Evaluation médico-économique de pansements transparents semi-perméables stériles pour dispositifs invasifs en service de réanimation

P. Leduc, M.Hira, D. Ratovohery



Introduction

- Appel de la cadre de santé : "les pansements se décolle trop vite" 
- Contact de laboratoires afin de connaître ce qu'il existe sur le marché
- Sélection de deux références à évaluer

Référence A
pour CVC



Objectif



Référence B
pour CCI

- Evaluer deux nouvelles références de PTSPS pour CVC et CCI en réanimation



Résultats

- **1- Evaluation technique**

- Taille
- Tolérance
- Facilité de pose
- Adhésion
- Temps de réfection
- Délai avant réfection



- **2- Evaluation économique : coût de la réfection**

Référence actuelle

3,3€

Référence A pour CVC

5,6€

Référence B pour CCI

5,3€

- **Réfection tous les 4 jours**

6,6€

5,6€

5,3€



Conclusion

- Meilleure maîtrise du risque infectieux : moins de manipulations, **durée de maintien jusqu'à 8 jours possible et recommandée**
- Bonne évaluation technique
- Coût moindre à partir d'une réfection tous les **4 jours**
- →Référencement

Merci pour votre attention